

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ КАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ЕМХАНАСЫ БАР
ӨНІРЛІК ӨСКЕРІ ГОСПИТАЛІ
«04» 04 20 23 ж. № 14/984
Алматы қаласы, Достық даңғылы, 103/41

Директору ТОО НПО «Медидез»
Кайракбаевой А.М.

Отзыв об апробации установки импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра (Научно-производственное Предприятие «Мелитта») предназначенного для оперативного обеззараживания воздуха и поверхностей помещения.

Установка импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра находился на апробации в операционно-стерилизационном отделении Регионального военного госпиталя с поликлиникой в г. Алматы КНБ РК в течение двух недель (с 27.02. по 13.03.2023г.).

Применялась для профилактической дезинфекции помещений и воздуха, экстренной обработки помещений между операциями и заключительной дезинфекции после работы.

Во время использования установки использовались режимы «Бактерицидный» и «Спорицидный». Сенсорная панель и пульт дистанционного управления синхронизированы, что позволяет управлять установкой дистанционно, индивидуальный пароль исключает несанкционированный доступ, встроен журнал обработок, который позволяет вносить в его память информацию о 1000 помещений, и результаты можно отправлять через Wi-Fi на принтер.

Во время использования установки импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра проведен микробиологический контроль помещений операционно – стерилизационного отделения. Взяты смывы с объектов внешней среды (38 образцов) на бактерии группы кишечных палочек, золотистый стафилококк и условно-патогенную флору, результат микроорганизмы не обнаружены. (Протокол микробиологического исследования смывов).

Применение данных установок повысило эффективность дезинфекционных мероприятий за счет сокращения времени на их проведение, мобильность установок позволяет, использовать их не влияя на рабочие процессы.

С учетом вышеизложенного, также положительный отзыв медицинского персонала операционно-стерилизационного отделения использование импульсных ультрафиолетовых установок можно рекомендовать для всех


видов профилактической и очаговой дезинфекции в помещения с целью профилактики инфекции и инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

**Начальник Регионального военного госпиталя КНБ РК
с поликлиникой в г. Алматы**



А.Ахметжан

**Врач эпидемиолог, служащая
06.04.2023г.**



А.Сержанова

Несекретно
Инфекционный контроль
Отпечатано 2 экз
№ 1 экз – адресату
№ 2 экз – в дело
Исп. Сержанова А.Ш.
Тел: 2600546
06.04.2023г.